

Cô Tô, ngày 07 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh hàng hóa, trang thiết bị y tế.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế của đơn vị. Trung tâm Y tế huyện Cô Tô có về nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống gây mê kèm thở Fabius Plus của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, địa chỉ Khu 1 Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận báo giá: Nguyễn Văn Việt

- Chức vụ: Phụ trách khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế.

- Số điện thoại: 0988.735.330

- Email: [ketoancoto@gmail.com](mailto:ketoancoto@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý Công ty gửi báo giá theo 1 trong 2 cách sau

3.1 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế, thuộc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, địa chỉ địa chỉ Khu 1 Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

3.2 Nhận qua email: [ketoancoto@gmail.com](mailto:ketoancoto@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h ngày 18 tháng 11 năm 2024 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá.

STT	Tên thiết bị – Thông số kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Hệ thống máy gây mê kèm thở Fabius Plus (Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)	Hệ thống	1	

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trân trọng thông báo!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website TT);
- Lưu VT, TCKT

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Giang**

**Phụ lục chi tiết**

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng
1	<p><b>Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống gây mê kèm thở Fabius Plus</b></p>	HT	01
	<p>+ Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện hiệu chỉnh hệ thống gây mê kèm thở Fabius Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bóng đèn nguồn sáng 01 cái.</li> <li>- Hiệu chỉnh nguồn sáng LED.</li> <li>- Calibrator Sensor máy sục CO2 Flow40</li> <li>- Sửa mạch cao tần dao mổ Force FX</li> <li>- Dung dịch làm sạch cáp quang 01 lọ</li> <li>- Dầu chống gỉ, ngăn ẩm mốc 01 hộp</li> <li>- Cầu chì sứ cao thế 01 bộ</li> <li>- Quạt làm mát, lọc gió 02 bộ</li> <li>- Khăn lau, chất tẩy rửa ... 01 bộ</li> </ul> <p>+ <u>Chi tiết bảo trì, bảo dưỡng:</u></p> <p><b>1. Hệ thống khí</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra dò rỉ, thay gioăng khớp nối bình khí mê (nếu cần).</li> <li>- Vệ sinh, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các van khí nén, van khí Oxy, van an toàn áp lực ... và bộ điều chỉnh lưu lượng</li> <li>- Vệ sinh, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lồng xếp chứa khí đến ống thở bệnh nhân.</li> <li>- Bảo dưỡng, hiệu chuẩn cáp kết nối tín hiệu, motor lồng xếp.</li> <li>- Vệ sinh ẩm mốc, chống nước các phím bấm, tay chỉnh bên ngoài ống soi.</li> </ul> <p><b>2. Phần máy thở</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chuẩn các bảng mạch nguồn, điều khiển, cảm biến, phím bấm ... trên máy thở</li> </ul>		

- Kiểm tra, thay thế cảm biến Oxygen và bộ Housing kết nối với máy thở định kỳ.
- Kiểm tra, thay thế cảm biến lưu lượng kết nối với ống thở định kỳ.
- Kiểm tra, thay thế Ấc quy bên trong (nếu cần)
- Kiểm tra, hiệu chuẩn các thông số đường thở Volume, Rate, Pressure ...
- Vệ sinh, bảo dưỡng khớp kết nối ống thở, bình với Soda, đường dẫn khí

### **3. Chạy thử và bàn giao**

- Chạy thử trên phổi giả và bàn giao cho đơn vị sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và hỗ trợ khác nếu KTV yêu cầu.