

Cô Tô, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế của đơn vị. Trung tâm Y tế huyện Cô Tô có về nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của: Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025 nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, địa chỉ Khu 1 Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận báo giá: Nguyễn Văn Việt

- Chức vụ: Phụ trách khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế.

- Số điện thoại: 0988.735.330

- Email: ketoancoto@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý Công ty gửi báo giá theo 1 trong 2 cách sau

3.1 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh và Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế, thuộc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô, địa chỉ địa chỉ Khu 1 đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

3.2 Nhận qua email: ketoancoto@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 21 tháng 10 năm 2025 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Yêu cầu về hồ sơ báo giá:

- 01 bản chính bằng tiếng Việt, có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu theo quy định.

- Cung cấp bản sao hồ sơ năng lực của quý công ty hoặc giấy phép kinh doanh.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

TT	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Ghi chú
----	--------------------	-----	----	---------

1	Bảo trì, dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính Access CT - Hãng Phillips. (Nội dung chi tiết trong phụ lục đính kèm).	HT	01	
2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X quang kỹ thuật số CMP200DR (Nội dung chi tiết trong phụ lục đính kèm)	HT	01	
3	Dịch vụ bảo dưỡng máy X – quang Shimadzu UD125P (Nội dung chi tiết trong phụ lục đính kèm)	HT	01	
4	Dịch vụ bảo dưỡng máy X – quang số CR FCR Capsula XLII (Nội dung chi tiết trong phụ lục đính kèm)	Máy	02	

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận CNTT (đăng tải website TT);
- Lưu VT, TCKT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT

STT	Nội dung bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
1	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Access CT- Hãng Phillips	HT	01
	- Mở máy kiểm tra - Tắt máy - Bàn bệnh nhân: Tháo vỏ và kiểm tra dây Belt của motor trượt mặt băng - Khoang máy: Kiểm tra độ mòn, vệ sinh chổi than - IMS - Đóng vỏ máy - Mở máy - Vệ sinh cả hệ thống - Kiểm tra chất lượng hình ảnh - Kiểm tra, bảo dưỡng UPS online 60kVA - Kiểm tra, bảo dưỡng máy in phim CT - Kiểm tra lần cuối, sao lưu dữ liệu và kết thúc công việc - Đánh giá hệ thống sau bảo trì - Chụp bệnh nhân, in trả kết quả		
2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X quang kỹ thuật số CMP200DR	HT	01
	- Vệ sinh toàn bộ máy : tủ phát điện, bàn chụp, giá phổi, cột bóng ... - Tra dầu mỡ cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống phanh hãm cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, hiệu chuẩn thông số chụp kVp, mA - Kiểm tra, đo liều máy chụp sau khi bảo dưỡng, đảm bảo thông số chụp đúng theo thông số của nhà sản xuất. - Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chuẩn tấm nhận ảnh. - Kiểm tra vệ sinh trạm xử lý hình ảnh : phần mềm, dữ liệu ảnh.. - Chụp thử bệnh nhân		
3	Bảo trì, bảo dưỡng máy X – quang Shimadzu UD125P	HT	01
	- Vệ sinh toàn bộ máy : tủ phát điện, bàn chụp, giá phổi, cột bóng ... - Tra dầu mỡ cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống phanh hãm cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, hiệu chuẩn thông số chụp kVp, mA - Kiểm tra, đo liều máy chụp sau khi bảo dưỡng, đảm bảo thông số chụp đúng theo thông số của nhà sản xuất. - Chụp thử bệnh nhân		
4	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X – quang số CR FCR Capsula XLII	Máy	02
	- Vệ sinh máy - Tra dầu trục động cơ		

	- Kiểm đầu đọc barcode, bộ quang - Hiệu chuẩn chùm tia laser - Kiểm tra, vệ sinh bộ máy tính xử lý hình ảnh - Quét ảnh, kiểm tra chất lượng ảnh, in kết quả		
--	--	--	--