

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số: 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-SYT ngày 29/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán kinh phí không tự chủ - kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-TTYYT ngày 21/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025;

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô tại tờ trình ngày 22/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025, với nội dung chi tiết theo phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025 đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng mua sắm, các ông (bà) Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định để triển khai các bước tiếp theo như quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- BGĐ (đ/b);
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ phận CNTT (đăng tải Website)
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Giang



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TT/YT ngày 22/10/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện của Hệ thống chụp CT, máy X-quang, máy xử lý phim số hóa tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025	186.000.000VNĐ	Từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2025	Hợp đồng trọn gói	30 kể từ ngày hợp đồng được ký kết
Tổng giá gói thầu		186.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn./.)						

(Kèm theo Quyết định số 193/QĐ-TT, ngày 22/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cồ Tô)

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính Access CT - Hãng Phillips	HT	01	96.000.000	96.000.000
2	Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống X quang kỹ thuật số CMP200DR – Mỹ	HT	01	35.000.000	35.000.000
3	Dịch vụ bảo dưỡng máy X – quang Shimadzu UD125P – Nhật Bản	HT	01	25.000.000	25.000.000
4	Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống X – quang số CR FCR Capsula XLII – Nhật Bản	Máy	02	15.000.000	30.000.000
	Tổng cộng				186.000.000

CHI TIẾT QUẢN LÝ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG

STT	Nội dung bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
1	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Access CT - Hãng Phillips	HT	01
	- Mở máy kiểm tra - Tắt máy - Bàn bệnh nhân: Tháo vỏ và kiểm tra dây Belt của motor trượt mặt băng - Khoang máy: Kiểm tra độ mòn, vệ sinh chổi than - IMS - Đóng vỏ máy - Mở máy - Vệ sinh cả hệ thống - Kiểm tra chất lượng hình ảnh - Kiểm tra, bảo dưỡng UPS online 60kVA - Kiểm tra, bảo dưỡng máy in phim CT - Kiểm tra lần cuối, sao lưu dữ liệu và kết thúc công việc - Đánh giá hệ thống sau bảo trì - Chụp bệnh nhân, in trả kết quả		
2	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X quang kỹ thuật số CMP200DR	HT	01
	- Vệ sinh toàn bộ máy : tủ phát điện, bàn chụp, giá phổi, cột bóng ... - Tra dầu mỡ cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống phanh hãm cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, hiệu chuẩn thông số chụp kVp, mA - Kiểm tra, đo liều máy chụp sau khi bảo dưỡng, đảm bảo thông số chụp đúng theo thông số của nhà sản xuất. - Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chuẩn tấm nhận ảnh. - Kiểm tra vệ sinh trạm xử lý hình ảnh : phần mềm, dữ liệu ảnh.. - Chụp thử bệnh nhân		
3	Bảo trì, bảo dưỡng máy X – quang Shimadzu UD125P	HT	01
	- Vệ sinh toàn bộ máy : tủ phát điện, bàn chụp, giá phổi, cột bóng ... - Tra dầu mỡ cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống phanh hãm cột bóng, bàn chụp, giá phổi - Kiểm tra, hiệu chuẩn thông số chụp kVp, mA - Kiểm tra, đo liều máy chụp sau khi bảo dưỡng, đảm bảo thông số chụp đúng theo thông số của nhà sản xuất. - Chụp thử bệnh nhân		
4	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống X – quang số CR FCR Capsula XLII	Máy	02
	- Vệ sinh máy - Tra dầu trục động cơ - Kiểm đầu đọc barcode, bộ quang - Hiệu chuẩn chùm tia laser		

	- Kiểm tra, vệ sinh bộ máy tính xử lý hình ảnh - Quét ảnh, kiểm tra chất lượng ảnh, in kết quả		
--	---	--	--