

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số: 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-SYT ngày 29/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán kinh phí không tự chủ - kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TTĐT ngày 22/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025;

Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô tại tờ trình ngày 23/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025, với nội dung chi tiết theo phụ lục 1, phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Hội đồng mua sắm, sửa chữa của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025 đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng mua sắm, các ông (bà) Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định để triển khai các bước tiếp theo như quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- BGĐ (đ/b);
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ phận CNTT (đăng tải Website)
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Giang

(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TTYYT ngày 23/10/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thay thế vật tư linh kiện của các thiết bị phòng mổ phục công tác chuyên môn năm 2025	205.000.000VNĐ	Từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2025	Hợp đồng trọn gói	30 kể từ ngày hợp đồng được ký kết
Tổng giá gói thầu		205.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn./.)						



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TT-T, ngày 23/10/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cù Mân)

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống phẫu thuật nội soi Endos copy System 2D – Đức (Nội dung chi tiết đính kèm).	HT	1	60.000.000	60.000.000
2	Bảo trì, bảo dưỡng máy Máy gây mê kèm thở Fabius plus – Drager / Đức (Nội dung chi tiết đính kèm).	Máy	1	30.000.000	30.000.000
3	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống nội soi tiêu hoá Karl Storz - Đức (Nội dung chi tiết đính kèm).	HT	1	40.000.000	40.000.000
4	Bảo trì, bảo dưỡng Máy thở Facol 2 – Siare/ Ý (Nội dung chi tiết đính kèm).	Máy	1	30.000.000	30.000.000
5	Bảo trì, bảo dưỡng Đèn mổ treo trần có Camera và monitor – Karl Storz/ Đức (Nội dung chi tiết đính kèm).	HT	1	45.500.000	45.500.000
	Tổng cộng				205.000.000
(Bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu đồng chẵn./.)					

Giá trên bao gồm các loại thuế và các loại chi phí khác có liên quan

NỘI DUNG CHI TIẾT

STT	Nội dung bảo dưỡng	Đơn vị	Số lượng
1	Hệ thống phẫu thuật nội soi Endoscopy System 2D	HT	01
	1. Kiểm tra thiết bị và phụ kiện: - Ống nội soi (Endoscope): Kiểm tra ngoại quan, tìm kiếm các vết trầy xước, gãy vỡ hoặc hư hỏng khác. Kiểm tra dây dẫn, đầu dò có bị đứt, mòn hay không. Đảm bảo các bộ phận kết nối còn nguyên vẹn. - Nguồn sáng (Light source): Kiểm tra bóng đèn, đảm bảo hoạt động tốt và độ sáng đủ mạnh. Kiểm tra dây cáp, kết nối với ống soi. - Camera và màn hình: Kiểm tra độ phân giải, màu sắc của hình ảnh hiển thị trên màn hình. Kiểm tra kết nối cáp video. - Bộ xử lý trung tâm (Processor): Kiểm tra các chức năng như chỉnh sửa, lưu trữ hình ảnh. Đảm bảo phần mềm được cập nhật mới nhất. - Phụ kiện khác: Kiểm tra bơm hút, khí CO2, máy tạo nước, các dụng cụ sinh thiết, kẹp... 2. Vệ sinh và tiệt trùng: - Vệ sinh ban đầu: Sau mỗi lần sử dụng, làm sạch các bộ phận có thể tiếp xúc với bệnh nhân bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng. - Tiệt trùng: Ngâm toàn bộ ống nội soi và các phụ kiện vào dung dịch tiệt trùng đã được chứng minh hiệu quả (ví dụ: glutaraldehyde $\geq 2\%$, peracetic acid) trong thời gian và nhiệt độ theo đúng hướng dẫn sử dụng. - Lưu trữ: Bảo quản các thiết bị đã tiệt trùng trong môi trường khô ráo, sạch sẽ để tránh tái nhiễm. 3. Kiểm tra chức năng: - Kiểm tra hình ảnh: Đảm bảo chất lượng hình ảnh 2D rõ nét, không bị nhòe hoặc có điểm chết. - Kiểm tra hoạt động cơ học: Kiểm tra chức năng điều khiển hướng của ống nội soi, hệ thống hút/bơm nước. - Kiểm tra kết nối: Đảm bảo tất cả các kết nối dây cáp được chặt chẽ và tín hiệu truyền tốt.		
2	Máy gây mê kèm thở Fabius plus	Máy	01
	- Kiểm tra, cắm điện chạy thử tất cả các phương thức, chế độ, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng. - Vệ sinh toàn bộ máy thở: Phổi giả, dây thở, các cảm biến, bình làm ẩm, làm ấm, cốc nước,... - Nước, van khoá, van an toàn.		



	- Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV, ... - Vệ sinh, kiểm tra đường ống dẫn khí O₂ và N₂O, lồng xếp. - Vệ sinh, kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí. - Đo các điện áp của ROM, RAM, MCU, CPU, IC,... - Kiểm tra các máy nén khí trong. - Kiểm tra điện áp: $\pm 5V$, $\pm 12V$. - Lắp lại hoàn chỉnh các phần: Nguồn khí, máy chính, mạch thở bệnh nhân, ... - Cắm điện, cài đặt, hiệu chỉnh các phương thức thở, các loại báo động, các thông số của máy. - Cho máy chạy thử trên phổi giả hoặc bệnh nhân.		
3	Hệ thống nội soi tiêu hoá Karl Storz - Đức	HT	01
	- Cắm điện chạy thử máy, viết lại hiện trạng - Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy: màn hình, bàn phím, bộ nguồn camera, bộ nguồn sáng, dao đốt điện, xe đẩy máy - Kiểm tra máy soi - Kiểm tra vỏ bọc cao su của máy, thân máy. - Kiểm tra bộ phận cơ học của máy, nút điều khiển lên – xuống, trái – phải - Kiểm tra bộ phận quang học của máy. - Kiểm tra bằng mắt thường thị kính và vật kính có bản thì xử lý bằng cồn 90 - Bật nguồn sáng và chỉnh độ sáng: - Kiểm tra hệ thống bơm hơi và nước. - Kiểm tra hệ thống chụp ảnh. - Kiểm tra van sinh thiết. - Kiểm tra dao đốt điện - Test cắt đốt nếu hỏng phải xử lý hoặc thay thế - Kiểm tra nguồn sáng - Nối nguồn sáng vào nguồn điện. - Điều chỉnh ánh sáng ở mức có thể quan sát rõ hình ảnh niêm mạc - Kiểm tra máy hút - Cắm máy hút vào nguồn điện - Lắp ống hút một đầu vào máy hút, một đầu vào máy soi, bật máy hút và hút thử. - Cấp nguồn kiểm tra, chạy lại máy và bàn giao lại bên có máy		
4	Máy thở Facol 2	Máy	01
	- Kiểm tra, cắm điện chạy thử tất cả các phương thức, chế độ, ghi biên bản trước khi bảo dưỡng. - Vệ sinh toàn bộ máy thở: Phổi giả, dây thở, các cảm biến, bình làm ẩm, làm ấm, cốc nước,... - Nước, van khoá, van an toàn. - Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ các phím chức năng IPPv, CmV, ... - Vệ sinh, kiểm tra đường ống dẫn khí O₂ - Vệ sinh các fill lọc gió		

	- Vệ sinh, kiểm tra các bảng mạch nguồn điện, bảng điều khiển, bàn phím, màn hình hiển thị, máy nén, van điều khí. - Đo các điện áp của ROM, RAM, MCU, CPU, IC,... - Kiểm tra các máy nén khí - Kiểm tra pin, acquy xem còn sử dụng được không và thay thế khi cần thiết - Kiểm tra điện áp: $\pm 5V$, $\pm 12V$. - Lắp lại hoàn chỉnh các phần: Nguồn khí, máy chính, mạch thờ bệnh nhân, ... - Cắm điện, cài đặt, hiệu chỉnh các phương thức thờ, các loại báo động, các thông số của máy. - Cho máy chạy thử trên phổi giả hoặc bệnh nhân		
5	<i>Đèn mổ treo trần có Camera và monitor</i>	<i>HT</i>	<i>01</i>
	- Đèn LED: Kiểm tra độ sáng, màu sắc, tuổi thọ, các chức năng điều chỉnh cường độ. - Camera: Đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh, chức năng lấy nét tự động, khả năng ghi hình và lưu trữ. - Màn hình: Kiểm tra độ phân giải, màu sắc, độ sáng, và khả năng tương tác. - Cơ cấu treo: Kiểm tra sự ổn định của cánh tay treo, khả năng điều chỉnh độ cao, độ linh hoạt của khớp nối. - Hệ thống nguồn: Kiểm tra nguồn điện, bộ lưu điện (UPS) để đảm bảo hoạt động liên tục khi có sự cố. - Phần mềm: Cập nhật phần mềm, kiểm tra các chức năng điều khiển, giao diện người dùng. - Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo an toàn cho dữ liệu hình ảnh y tế, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin bệnh nhân. - Vệ sinh: Thường xuyên lau chùi, vệ sinh sạch sẽ các bộ phận của hệ thống đèn mổ.		